

ALERTA FARMACÉUTICA

Referencia: DICM/CONT/IV	Nº alerta: R_20/2020	Fecha: 28 de septiembre de 2020
Producto: Medicamento		
Marca comercial y presentación: CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/ 0,4 ml SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 30 jeringas precargadas de 0,4 ml		
DCI o DOE: ENOXAPARINA SODICA		
Nº Registro: 58503		
Código Nacional: 671995		
Lote: DCB23A		
Fecha de caducidad: 31/12/2022		
Titular de autorización de comercialización: SANOFI AVENTIS, S.A.		
Laboratorio fabricante: CHINOIN PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL WORKS PRIVATE CO. LTD. (Hungría)		
Domicilio social del responsable del producto: Josep Pla, 2, 08019, Barcelona		
Descripción del defecto: Se ha detectado la falta del émbolo de la jeringa en algunas unidades		
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación		
Clasificación de los defectos: Clase 2		
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote DCB23A y devolución al laboratorio por los cauces habituales		
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada		

